



Tutkimusno EUAB31-00010535
 Asiakasno YS0000985
 Vapaa-aika ja liikunta: Uimavesinäytte

Tervolan kunta
 Mika Setälä
 Keskustie 81
 95300 TERVOLA
 FINLAND
 s-posti: mika.setala@tervola.fi

Tilauksen kuvaus
 Uimavesinäytteet 23.6.2020

Näytenumero	749-2020-00012507
Näytteen nimi	Louen uimaranta
Näytteen kuvaus	Uimarantavesi
Matriisi	Uimarantavesi
Näytteenottopäivä	23.06.2020 00.00
Vastaanottopäivä	23.06.2020 15:39
Analysointi aloitettu	23.06.2020 15:39
Näytteenottaja	Essi Haapasalo/ terv.tarkastaja

Analyysit	Testikoodi	Yksikkö	Tulos	STM 354/2008 Sisämaan uimavedet	
				Laatutavoitteet	Laatuvaatimukset
Kenttämittaukset					
Lämpötila (näytteenottajan mittaama)	YS926	°C	19,7		
Mikrobiologiset tutkimukset					
Escherichia coli *	YSM22	MPN/100 ml	17		≤ 1000
Enterokokit *	YSM04	pmy/100 ml	10		≤ 400

*Menetelmä on akkreditoitu. Raja-arvon ylittävä tulos on lihavoitu.

Lausunto (ei kuulu akkreditoinnin piiriin)

749-2020-00012507

Laboratorioon toimitettu uimarantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 354/2008 laatuvaatimukset.

ALLEKIRJOITUS

01.07.2020



Tarja Mettänen Mikrobiologi
 TarjaMettanen@eurofins.fi +358 44 7008 511
 Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

**Menetelmätiedot**

Testikoodi	Parametrin nimi	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määrittäjä	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
Kenttämittaukset						
YS926	Lämpötila (näytteenottajan mittaama)			Ei	Kenttämittaus, Lämpötilan mittaus	YS
Mikrobiologiset tutkimukset						
YSM22	Escherichia coli			Kyllä	Colilert Q-Tray ISO 9308-2:2012 E	YS
YSM04	Enterokokit			Kyllä	SFS-EN ISO 7899-2:2000	YS

Laboratorio		
YS	Eurofins Ahma (Rovaniemi)	SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131

Jakelu : Tekninen osasto (tekninen.osasto@tervola.fi), Haapasalo (essi.haapasalo@tornio.fi), Hoppari (sirkka.hoppari@tornio.fi), Niiranen (teppo.niiranen@tornio.fi)

Huomautukset

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.