



Tutkimusno EUAB31-00025708

Asiakasno YS0000985

Vapaa-aika ja liikunta: Uimavesinäytte

Tervolan kunta
 Tekninen osasto
 Keskustie 81
 95300 TERVOLA
 FINLAND
 s-posti: tekninen.osasto@tervola.fi

Tilauksen kuvaus
 Uimarantanäyte, Kätkäjärvi 4.8.2021

Näyttenumero	749-2021-00017374
Näytteen nimi	Kätkäjärven uimaranta
Näytteen kuvaus	Uimarantavesi
Matriisi	Uimarantavesi
Näytteenottopäivä	04.08.2021 00.00
Vastaanottopäivä	04.08.2021 15:47
Analysointi aloitettu	04.08.2021 15:47
Näytteenottaja	Terv.tarkastaja Haapasalo

Analyysit	Testikoodi	Yksikkö	Tulos	STM 354/2008 Sisämaan uimavedet	
				Laatutavoitteet	Laatuvaatimukset
Kenttämittaukset					
Lämpötila (näytteenottajan mittaama)	YS926	°C	16,8		
Mikrobiologiset tutkimukset					
Escherichia coli *	YSM22	MPN/100 ml	7		≤ 1000
Enterokokit *	YSM04	pmy/100 ml	<5		≤ 400

*Menetelmä on akkreditoitu. Raja-arvon ylittävä tulos on lihavoitu.

Kommentti

Näytteenottajan havainnot:
 Syanobakteerit (sinilevät): ei havaittu
 Jätteet (öljymäiset tai tervämäiset aineet, kelluvat materiaalit): ei havaittu
 Makrolevät ja/tai kasviplankton: ei havaittu

Lausunto (ei kuulu akkreditoinnin piiriin)

749-2021-00017374

Laboratorioon toimitettu uimarantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 354/2008 laatuvaatimukset.

ALLEKIRJOITUS

09.08.2021



Tarja Mettänen Mikrobiologi
 TarjaMettanen@eurofins.fi +358 44 7008 511
 Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

**Menetelmätiedot**

Testikoodi	Parametrin nimi	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määräysraja	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
Kenttämittaukset						
YS926	Lämpötila (näytteenottajan mittaama)			Ei	Kenttämittaus, Lämpötilan mittaus	YS
Mikrobiologiset tutkimukset						
YSM22	Escherichia coli			Kyllä	Colilert Q-Tray ISO 9308-2:2012 E	YS
YSM04	Enterokokit			Kyllä	SFS-EN ISO 7899-2:2000	YS

Laboratorio		
YS	Eurofins Ahma (Rovaniemi)	SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131

Jakelu : Haapasalo (essi.haapasalo@tornio.fi), Timonen (heikki.timonen@tervola.fi), Rosenqvist (tarja.rosenqvist@tornio.fi)

Huomautukset

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.